

ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ HA65.01737/23/3 от 26.02.2026 г.

На основании:

- Информационное письмо Иск. № 23/26-Дир от 30.01.2026 г. о внесении изменений сертификат соответствия;
- Технические условия ТУ 4274-900-10850066-2022 «Устройства весоизмерительные во взрывозащищенном исполнении» от 10.11.2025 г. (копия);
- Руководство по эксплуатации НПКМ 481.900 РЭ «Весы (устройства весоизмерительные) электронные во взрывозащищенном исполнении» от 10.11.2025 г. (копия);
- Оценка опасностей воспламенения НПКМ 481.900 ООВ «Весы электронные типа M8XXXX-Ex и устройства весоизмерительные электронные типа M90-Ex» от 10.11.2025 г. (копия);
- Альбом чертежей «Весы электронные типа M8XXXX-Ex и устройства весоизмерительные электронные типа M90-Ex» (без номера), от 10.11.2025 г. (копия);
- Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011: № ЕАЭС RU C-RU.AA.87.B.01319/24, № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01207/25, № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01208/25.

Перечень документов об изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированной продукции

По результатам анализа информации о сертифицированной продукции, сопровождаемой сертификатом соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01737/23 от 22.03.2023

регистрационный номер сертификата и дата регистрации сертификата

выданного

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Метра»

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

на продукцию

Устройства весоизмерительные во взрывозащищенном исполнении, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4274-900-10850066-2022 «Устройства весоизмерительные во взрывозащищенном исполнении».

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕНО

Продукция продолжает соответствовать техническому регламенту с учетом внесенных изменений.

результаты экспертизы документов

Дополнительная информация (при необходимости)

Внесены изменения в состав продукции, а именно - в перечень взрывозащищенного комплектующего электрооборудования, применяемого в составе весов электронных типа M8XXXX-Ex и устройств весоизмерительных электронных типа M90-Ex (таблица 2 приложения к сертификату соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01737/23), добавлены:

- Датчики весоизмерительные тензорезисторные SQB с Ex-маркировкой 1Ex ib IIC T6 Gb X (KELI Sensing Technology (NINGBO) Co., Ltd, Китай);
- Преобразователь весоизмерительный ТВИ-025: весовой терминал ВТ с Ex-маркировкой 0Ex ia IIB T6 Ga (АО Весоизмерительная компания «Тензо-М», Россия), сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.01319/24 от 01.07.2024;
- Преобразователь весоизмерительный ТВИ-025: блок питания БПА с Ex-маркировкой [Ex ia Ga] IIB (АО Весоизмерительная компания «Тензо-М», Россия), сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.01319/24 от 01.07.2024;
- Взрывозащищенные термошкафы ХИТТЕРМ исполнения ОЭ с Ex-маркировкой 1Ex eb IIC T6...T2 Gb X (ООО «ЛПСервис», Россия), сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.AM.02.B.01207/25 от 05.08.2025;
- Взрывозащищенные термочехлы ХИТТЕРМ исполнений ОЭ(К) с Ex-маркировкой 1Ex eb IIC T6...T2 Gb X (ООО «ЛПСервис», Россия), сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.AM.02.B.01208/25 от 31.07.2025.

Эксперт органа по сертификации
продукции

подпись

И.В. Тараненко
фамилия, инициалы